Proces			Wyrób medyczny							
			A Narzędzia chirurgiczne wielokrotnego użytku	B Endoskopy (odporne na temperaturę)	C Endoskopy (nieodporne na temperaturę)	D Przyrządy do użycia z endoskopami	G Przyrządy do użycia z endoskopami	H Produkty elastryczne[1)]	I HF – kable i uchwyty	J Narzędzia z napędem elektrycznym
Przygotowanie w miejscu użycia	Składowanie	Mokre	+	+	+	+	–	+	+	+
		Suche	+	+	+	+	+	+	+	+
Dekontaminacja	Przygotowywanie	Wyrób zgodnie z procedurami czyszczenia i dezynfekcjami								
	Czyszczenie	Ręczne[3)]	+	+	+	+	+	+	+	+
		Maszynowe[3)]	+	+	+	+	+	+	+	+
		Ultradźwięki	+	–	–	+	N.S.	–	+	–
		Detergent alkaliczny	+	+	+	+	–[2)]	+	+	–
		Detergent kwaśny	–	–	–	–	–[2)]	+	+	–
		Detergent neutralny	+	+	+	+	+	+	+	+
	Płukanie[3)]									
	Dezynfekcja	Chemiczna	+	+	+	+	+	+	+	+
		Termiczna	+	+	–	+	+	+	+	+
	Suszenie	T_{max}								