

Kategoria sprzętu	Miejsce kontaktu sprzętu z człowiekiem	Rodzaj dekontaminacji
Wysokiego ryzyka (krytyczny)	Uszkodzona skóra, uszkodzone błony śluzowe jamy ciała	Sterylizacja, czyli proces, w wyniku którego niszczone są formy żywe i przetrwalnikowe wszelkich drobnoustrojów chorobotwórczych. W praktyce materiał taki jest definiowany jako ten, dla którego prawdopodobieństwo niesterylności wynosi 1:100 0000. Preferowaną metodą jest sterylizacja parą wodną. Istnieją również metody niskotemperaturowe, najczęściej stosowany jest tlenek etylenu
Średniego ryzyka (półkrytyczny)	Nieuszkodzone błony śluzowe	Zalecana sterylizacja, dopuszczona dezynfekcja wysokiego poziomu (zniszczeniu ulegają formy wegetatywne drobnoustrojów, prątki gruźlicy, enterowirusy oraz spory. Pozostają jednak priony)
Niskiego ryzyka (niekrytyczny)	Nieuszkodzona skóra	Dezynfekcja (zniszczeniu podlegają wegetatywne formy bakterii, grzybów i niektóre wirusy)